

Załącznik nr 1a - Szczegółowy formularz cenowy

Należy podać osobno cenę za usługę i osobno na część zamienną.

LP	Data wykonania przeglądu	Numer katalogowy	Nazwa	Cena netto	stawka VAT %	Cena brutto
1. Aparat do znieczulania Primus sn ARAL-0266						
	grudzień 2017		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2018		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08468	ZESTAW 3-LETNI PRIMUS			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
	grudzień 2018		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2019		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08467	ZESTAW 2-LETNI PRIMUS			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
	grudzień 2019		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2020		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08241	ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROZNY			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
2. Aparat do znieczulania Primus sn ASAL-0264						
	grudzień 2017		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2018		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08468	ZESTAW 3-LETNI PRIMUS			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
	grudzień 2018		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2019		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08467	ZESTAW 2-LETNI PRIMUS			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
	grudzień 2019		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2020		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08241	ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROZNY			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
3. Aparat do znieczulania Primus sn ARAL-0265						
	grudzień 2017		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2018		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08468	ZESTAW 3-LETNI PRIMUS			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
	grudzień 2018		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2019		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08467	ZESTAW 2-LETNI PRIMUS			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
	grudzień 2019		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2020		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08241	ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROZNY			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
4. Aparat do znieczulania Primus sn ASFM-0421						
	grudzień 2017		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2018		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08468	ZESTAW 3-LETNI PRIMUS			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
	grudzień 2018		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2019		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08467	ZESTAW 2-LETNI PRIMUS			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
	grudzień 2019		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08834	FILTR 37MM			
	czerwiec 2020		Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m			
		MX08241	ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROZNY			
		MX08061	USZCZELKA GUMOWA			
5. Monitor gazów anestetycznych Vamos ARWA-0065						

grudzień 2017		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2018		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
	6870522	O-ring (black)			
	6870529	O-ring (green)			
2M86733	Akumulator Vamos				
grudzień 2018		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2019		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
grudzień 2019		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2020		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
	6870522	O-ring (black)			
	6870529	O-ring (green)			
2M86733	Akumulator Vamos				
6. Monitor gazów anestetycznych Vamos ARWA-0057					
grudzień 2017		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2018		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
	6870522	O-ring (black)			
	6870529	O-ring (green)			
2M86733	Akumulator Vamos				
grudzień 2018		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2019		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
grudzień 2019		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2020		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
	6870522	O-ring (black)			
	6870529	O-ring (green)			
2M86733	Akumulator Vamos				
7. Monitor gazów anestetycznych Vamos ARWA-0047					
grudzień 2017		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2018		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
	6870522	O-ring (black)			
	6870529	O-ring (green)			
2M86733	Akumulator Vamos				
grudzień 2018		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2019		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
grudzień 2019		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2020		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
	6870522	O-ring (black)			
	6870529	O-ring (green)			
2M86733	Akumulator Vamos				
8. Monitor gazów anestetycznych Vamos ARWA-0064					
grudzień 2017		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2018		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
	6870522	O-ring (black)			
	6870529	O-ring (green)			
2M86733	Akumulator Vamos				
grudzień 2018		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2019		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
grudzień 2019		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
czerwiec 2020		Przegląd monitora Vamos/ co 6 m			
	6870846	FILTER			
	MX08834	BACTERIA FILTER			
6870522	O-ring (black)				

	6870529	O-ring (green)			
	2M86733	Akumulator Vamos			
9. Parownik Vapor 2000 sn ASHJ-1830					
grudzień 2017		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
grudzień 2018		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
	MX08235	2-year Vapor kit			
grudzień 2019		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
10. Parownik Vapor 2000 sn ASFM-1100					
grudzień 2017		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
grudzień 2018		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
	MX08235	2-year Vapor kit			
grudzień 2019		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
11. Parownik Vapor 2000 sn ASFM-1423					
grudzień 2017		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
grudzień 2018		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
	MX08235	2-year Vapor kit			
grudzień 2019		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
12. Parownik Vapor 2000 sn ARZM-0186					
grudzień 2017		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
grudzień 2018		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
	MX08235	2-year Vapor kit			
grudzień 2019		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
13. Parownik Vapor 2000 sn ASBB-1588					
grudzień 2017		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
grudzień 2018		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
	MX08235	2-year Vapor kit			
grudzień 2019		Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m			
14. Monitor Infinity Delta sn 6007081678					
grudzień 2018		Przegląd monitora Delta co 24 m			
	2866726	NBP air filter			
	MS31385	Lithium-ion battery			
15. Monitor Infinity Delta sn 6001623471					
grudzień 2017	ZM07	Przegląd monitora Delta co 24 m			
	2866726	NBP air filter			
	MS31385	Lithium-ion battery			
grudzień 2019	ZM07	Przegląd monitora Delta co 24 m			
	2866726	NBP air filter			
	MS31385	Lithium-ion battery			
16. Monitor Infinity Delta sn 6001629073					
grudzień 2017	ZM07	Przegląd monitora Delta co 24 m			
	2866726	NBP air filter			
	MS31385	Lithium-ion battery			
grudzień 2019	ZM07	Przegląd monitora Delta co 24 m			
	2866726	NBP air filter			
	MS31385	Lithium-ion battery			
17. Monitor Infinity Delta sn 6001611377					
grudzień 2017	ZM07	Przegląd monitora Delta co 24 m			
	2866726	NBP air filter			
	MS31385	Lithium-ion battery			
grudzień 2019	ZM07	Przegląd monitora Delta co 24 m			
	2866726	NBP air filter			
	MS31385	Lithium-ion battery			
18. Respirator Oxylog 1000 sn SRRM-0062					
wrzesień 2019		Przegląd respiratora Oxylog 1000 / co 24 m)			
	8417029	PRESSURE REGULATOR			
	D02316	MESH BOTTOM			
19. Respirator Oxylog 2000 sn ASCM-0038					
grudzień 2017		Przegląd respiratora Oxylog co 24 m			
	MX08893	Oxylog (Spirolife) ServSet 6y			
grudzień 2019	MX08892	Przegląd respiratora Oxylog 3000/3000+/2000+/Oxylog (Spirolife) ServSet 2y			
20. Respirator Oxylog 2000 Plus sn ASCM-0039					
grudzień 2017		Przegląd respiratora Oxylog co 24 m			
	MX08893	Oxylog (Spirolife) ServSet 6y			
grudzień 2019		Przegląd respiratora Oxylog co 24 m			
	MX08892	Oxylog (Spirolife) ServSet 2y			
21. Stanowisko do pielęgnacji noworodków Resuscitaire sn DM02071					
sierpień 2018		Przegląd inkubatora Resuscitare RW82/ co 12m			
	MU11572r	MICROBLENDER,LOWFLOW,NO BLEED			

sierpień 2019		Przegląd inkubatora Resuscitare RW82/ co 12m			
sierpień 2020		Przegląd inkubatora Resuscitare RW82/ co 12m			
	MU11572r	MICROBLENDER,LOWFLOW,NO BLEED			
22. Inkubator Isolette C2000 sn DM30878					
sierpień 2018		Przegląd inkubatora Isolette 2000/co 12 m			
	MU12504	FILTR POWIETRZA C2000			
	MU12681	ZATRZASK SCIANKI WEWN.			
	MU24903	OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT.			
sierpień 2019	MU03664	ZAWÓR O2			
		Przegląd inkubatora Isolette 2000/co 12 m			
	MU12504	FILTR POWIETRZA C2000			
	MU24903	OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT.			
sierpień 2020		Przegląd inkubatora Isolette 2000/co 12 m			
	MU12504	FILTR POWIETRZA C2000			
	MU12681	ZATRZASK SCIANKI WEWN.			
	MU26245	KIT,REPL MOTOR,C2000			
	MU25441	PCB assy, connector board, C2K			
	MU24903	OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT.			
	MU03664	ZAWÓR O2			
MU13249	REGULATOR,PRESSURE, 40 PSI				
23. Respirator Savina sn ASFN-0028					
marzec 2018		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08859	Savina 300 Service Set 1y			
marzec 2019		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08860	Savina 300 Service Set 2y			
marzec 2020		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08859	Savina 300 Service Set 1y			
24. Respirator Savina sn ASCN-002					
listopad 2017		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08861	Savina 300 Service Set 6y			
listopad 2018		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08859	Savina 300 Service Set 1y			
listopad 2019		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08860	Savina 300 Service Set 2y			
25. Respirator Savina sn ASCN-003					
listopad 2017		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08861	Savina 300 Service Set 6y			
listopad 2018		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08859	Savina 300 Service Set 1y			
listopad 2019		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08860	Savina 300 Service Set 2y			
	MX08859	Savina 300 Service Set 1y			
listopad 2019		Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m			
	MX08860	Savina 300 Service Set 2y			
SUMA WSZYSTKICH POZYCJI					